

Geachte mevrouw
Geachte heer

De regelgeving rond stralingsbescherming werd onlangs verduidelijkt en gewijzigd. Enkele wijzigingen hebben een impact op tandartspraktijken die gebruik maken van röntgentoestellen.

Om het gemakkelijker te maken om na te gaan of u aan de wettelijke verplichtingen voldoet, hebben we een checklist gemaakt van de belangrijkste punten voor uw praktijk.

Al van toepassing:

- Alle gebruikers van röntgentoestellen zijn geregistreerd bij het FANC. Enkel mondhygiënist en verpleegkundigen mogen assisteren. Zij moeten zelf niet geregistreerd zijn.
- Ik hou een inventaris van al mijn röntgentoestellen bij en waak erover dat ook mijn [erkende instelling voor fysieke controle](#) steeds over een up-to-date versie ervan beschikt. Deze instelling maakt deze inventaris vervolgens maandelijks aan het FANC over. Enkel in geval er niets is gewijzigd, moet er geen nieuwe gegevensoverdracht gebeuren.
- In deze gevallen neem ik eerst contact op met mijn deskundige erkend in de fysieke controle:
 1. ik wil een nieuwe praktijk opstarten;
 2. ik wil een röntgentoestel plaatsen, vervangen of verplaatsen;
 3. ik wil een röntgentoestel in gebruik nemen na herstel van een technisch defect dat met een mogelijk stralingsrisico gepaard ging (bv. vervanging van de röntgenbuis, werken aan de afscherming van het toestel, ...);
 4. ik wil stoppen met het gebruik van röntgentoestellen in mijn praktijk.

Hij zal mij begeleiden om de volgende stappen te zetten.

- Ik gebruik nooit een nieuw, gewijzigd of verplaatst toestel vooraleer mijn erkende deskundige in de medische stralingsfysica het heeft vrijgegeven voor klinisch gebruik en mijn deskundige erkend in de fysieke controle het heeft opgeleverd. Daarenboven bevestig ik, of het (toekomstige) hoofd van mijn dienst voor fysieke controle, de gunstige oplevering ervan vóór zijn ingebruikname aan het FANC via reception@fanc.fgov.be en dit ingeval de plaatsing (of de interne verplaatsing) van dit toestel heeft geleid tot het verlenen van een nieuwe vergunning voor mijn praktijk. Ik kan hiervoor gebruik maken van een [formulier](#) op de [website van het FANC](#).
- Ik kan de vergunning voor het gebruik van röntgentoestellen in mijn praktijk overdragen aan iemand anders. Daarvoor moeten we wel allebei de aanvraag ondertekenen.

Van toepassing vanaf 2021:

- Ik zorg voor een interne dienst voor fysieke controle vóór 1 januari 2021. Deze dienst bestaat minstens uit een hoofd van deze dienst en een agent voor de stralingsbescherming. In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn. Ik kan die dienst zelf leiden, maar ik kan de leiding ook doorgeven aan een van mijn medewerkers die daarvoor is opgeleid. Dit geldt eveneens voor de uitvoering van de functie van agent voor de stralingsbescherming.

- Als ik bezoek krijg van mijn deskundige erkend in fysische controle, dan moet het hoofd van mijn interne dienst voor fysische controle en de agent voor de stralingsbescherming (indien van toepassing) hem vergezellen tijdens het bezoek. Op die manier kunnen eventuele verbeteracties en vragen samen worden besproken. Dit geldt ook voor de permanente opleiding (minstens 1 uur per jaar) van het hoofd van de dienst voor fysische controle en de agent voor de stralingsbescherming.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw [erkende instelling voor fysische controle](#) en uw [deskundige erkend in de fysische controle](#). U vindt uiteraard ook meer info op de website van het FANC:

- [Website FANC → professionelen → medische inrichtingen](#)
- [Website FANC → professionelen → fysische contrôle](#)
- [Website FANC → professionelen → medische professionelen → tandheekunde](#)